



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP

PROCESSO Nº 027387/2012

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2012

OBJETO: Aquisição de equipamentos hospitalares para o Hospital Municipal “Reynaldo Guerra” - Convênio entre a Prefeitura do Município de Cajati - SP e o Governo do Estado de São Paulo, na modalidade Pregão, por meio de sistema Presencial.

Face ao pedido de esclarecimentos da empresa **COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES MACROSUL LTDA**, que questionou as especificações do LOTE 05 constante do Termo de Referência – Anexo VI e modelo de Proposta – Anexo III do edital do processo em referência, ficam alteradas as descrições ali constantes, sendo:

LOTE	QTDE.	UND.	DESCRIÇÃO	PREÇO ORÇADO (UNIT.)
05	01	Peça	Eletrocardiógrafo portátil digital de 12 derivações simultâneas, impressão em papel comum ou termosensível do traçado e informações como: derivação, velocidade, filtros e etc., através de impressora integrada ou com utilização de tecnologia de canetas. Display colorido lcd de 4,3” touchscreen, comunicação via usb, permitir a transferência de exames em formato pdf, possibilitando a inclusão de comentários e diagnósticos, impressão automática do exame, com um único toque de tecla, das 12 derivações do ECG, além de 01 derivação longa, no modo automático. Velocidades de impressão e ajuste de ganho. Correção automática de linha de base. Filtro digital para ruídos de rede elétrica (50 ou 60 hz) e tremor muscular. Capacidade para armazenar até 100 exames. Impressão de 12 derivações em uma única página. Possuir: identificação de sinal de marcapasso, proteção contra descarga de desfibrilador, indicação de alimentação na rede elétrica ou bateria, e circuito pré-amplificador flutuante com 10 canais, completamente isolado e separado do restante do aparelho. Apresentar dois modos de operação. Modo automático: para captura de ECG equivalente a 60mm de cada uma das 12 derivações e 240mm da derivação configurada como principal, feitos de forma sincronizada e automática. Modo ritmo: para captura de dados de uma única derivação, selecionada como derivação principal, suficiente para imprimir 6 linhas de 240mm em uma folha. Alimentação: rede 100 a 240 VAC 50/60 Hz, pilhas ou baterias recarregáveis, com sistema de proteção por fusível. Deve atender as normas NBR IEC 60601-1 / NBR IEC 60601-1-2 / NBR IEC 60601-2-25. Acompanhar: 01 cabo paciente para ECG de 10 vias; 01 tubo de gel condutor; 04 eletrodos de membros tipo clip “braçadeiras” adulto; 06 eletrodos precordiais de sucção; Papel compatível com equipamento para no mínimo 100 exames no formato A4 ou carta; 01 manual usuário. apresentar registro na ANVISA e catálogo do produto.	R\$ 8.275,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



Salientamos que a data de abertura do procedimento fica alterada para 12 de abril de 2012, para cumprimento do prazo legal instituído por Lei para a licitação em referência.

Cajati, 27 de março de 2012.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

