



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [comprascajati@hotmail.com](mailto:comprascajati@hotmail.com)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PROCESSO N° 033674/2013

PREGÃO PRESENCIAL N° 072/2013

**OBJETO:** Aquisição de compressores de ar odontológicos para uso de diversos setores do Departamento de Saúde do Município de Cajati - SP.

Face ao pedido de esclarecimentos interposto por **MOVEP – MOTORES, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS PARA INDÚSTRIA LTDA**, ficam retificados os lotes referentes ao Pregão Presencial n° 072/2013, sendo:

LOTE	QTDE	UND	DESCRIÇÃO TÉCNICA
001	7	pc	Compressor Odontológico com as seguintes características: Peso líquido máximo de 105 kg; Medidas aproximadas: 880 x 630 x 1070; Garantia mínima de 12 meses; Motor tipo elétrico; Potência do motor 2x1 HP 0,75 KW; Rotação do motor 1750 RPM; Tensão 127/220 V; Motor monofásico; Refrigerador a ar; Pressão de operação mínima de 80 lbf/pol <sup>2</sup> /5,5 bar e máxima de 120 lbf/pol <sup>2</sup> /8,3 bar; deslocamento teórico 12 pés <sup>3</sup> /min; 340 L min.; Isento de óleo; reservatório com volume mínimo de 150 litros; sistema de acionamento automática; Produto isento de óleo, reservatório nas normas NR-13; Com pintura antibacteriana e antioxidante, filtros de ar com redutores de ruídos; Unidade compressora em ferro fundido para maior durabilidade; Acompanhado de 4 amortecedores para reduzir a vibração do produto
002	2	pc	Compressor Odontológico com as seguintes características: Peso líquido mínimo de 5 kg e máximo de 53 kg; Medidas aproximadas: 650 x 400 x 510; Garantia mínima de 12 meses; Motor tipo elétrico; Potência do motor 1 HP 0,75 KW; Rotação do motor 1750 RPM; Tensão 127/220 V; Motor monofásico; Refrigerador a ar; Pressão de operação mínima de 80 lbf/pol <sup>2</sup> /5,5 bar e máxima de 120 lbf/pol <sup>2</sup> /8,3 bar; deslocamento teórico 8 pés <sup>3</sup> /min; 227 L min.; Isento de óleo; reservatório com volume mínimo de 30 litros; sistema de acionamento automática; Produto isento de óleo, reservatório nas normas NR-13; Com pintura



# PREFEITURA DO MUNÍCIPIO DE CAJATI

*Estado de São Paulo*

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [comprascajati@hotmail.com](mailto:comprascajati@hotmail.com)



			antibacteriana e antioxidante, filtros de ar com redutores de ruídos; Unidade compressora em ferro fundido para maior durabilidade; Acompanhado de 3 amortecedores para reduzir a vibração do produto
--	--	--	---

O edital retificado com todas as alterações encontra-se no site da Prefeitura em [www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br).

Salientamos que a data de abertura do procedimento fica inalterada, pois atende ao do prazo legal instituído por Lei para a licitação em referência.

Cajati, 16 de setembro de 2013.

**LUIZ HENRIQUE KOGA**  
Prefeito Municipal

