



## Proc. Administrativo 588/2023



De: **Jessica Rodrigues Raquel** Setor: **SMS-DPA-DTEC - Divisão Técnica**

Despacho: **31- 588/2023**

Para: **SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos**

Assunto: **Aquisição de materiais de curativos insumos em geral de material de enfermagem para uso do Pronto Atendimento, PASC, ESFs e Centro de Fisioterapia do Município de Cajati – SP.**

Cajati/SP, 14 de Julho de 2023

Bom dia ,Prezados

Em resposta referente ao descritivo dos itens 57 e 58 : Sim podem ser aceitos cateteres com embalagens primárias não rígidas , já que todo material deve ser aberto de maneira asséptica mesmo sendo rígida ou não , o fato de ser rígida facilita o processo porém não é necessariamente obrigatório

—  
**Jessica Rodrigues Raquel**  
*Chefe de Divisão Técnica do PA*

---

Prefeitura de Cajati - Praça do Paço Municipal, nº 10 Centro CEP: 11950-000 • 1Doc • [www.1doc.com.br](http://www.1doc.com.br)

Impresso em 18/07/2023 08:55:27 por Jailton Pereira Dos Santos - Escriturário

“A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento.” - *Frederick Herzberg*

1Doc